

رقم المحفوظات: ١٧/٥٣ - ٥/٤
بيروت في ١١ كانون الثاني ٢٠٢١

قرار رقم ٥٤ / ١
سحب طبخات معينة من مستلزم طبي من الاسواق اللبنانية ومنع تداولها

ان وزير الصحة العامة
بناء على المرسوم رقم ٦١٥٧ تاريخ ٢٠٢٠/١/٢١
بناء على قانون مزاوله مهنة الصيدلة رقم ٣٦٧ تاريخ ١٩٩٤/٨/١ و تعديلاته
بناء على كتاب مستودع ادوية شركة " ديما هيلث - كير " ش.م.م المسجل لدى مصلحة الديوان تحت رقم ٤٤٥٦٢ تاريخ
٢٠٢٠/١٢/١٥ المرفق بكتاب من شركة Medtronic و المتضمنين قرارهم بسحب طوعي لطبخات معينة من المستلزم الطبي
Covidien Endo GIA™ Auto Suture™ universal articulating loading units

من الاسواق اللبنانية وذلك بسبب :
A potential for a manufacturing assembly error that contribute to staple malformation .

وحفاظا" على السلامة العامة،
بناء على مطالعة مصلحة الصيدلة
بعد استطلاع رأي مدير العناية الطبية
بناء على اقتراح مدير عام الصحة العامة

يقرر ما يأتي:

المادة الأولى: تُسحب من الاسواق اللبنانية ويمنع تداول طبخات معينة من كودات مختلفة تابعة للمستلزم الطبي Covidien Endo
GIA™ Auto Suture™ universal articulating loading units الآتي بيانها واللوائح المرفقة والتي
تعتبر جزءا" لا يتجزأ من هذا القرار :
(Item codes : 030450 , 030451 , 030452 , 030453 , 030454 , 030455 030457, 030458)

المادة الثانية: يكلف التفتيش الصيدلي تنفيذ مضمون هذا القرار.

المادة الثالثة: يبلغ هذا القرار حيث تدعو الحاجة.

وزير الصحة العامة

د. حمد حسن



- يبلغ:
- منظمة الصحة العالمية
 - المديرية العامة للجمارك
 - الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي
 - نقابة الاطباء في بيروت و الشمال
 - نقابة اصحاب المستشفيات
 - نقابة مستوردي المعدات والمستلزمات الطبية
 - نقابة صيادلة لبنان
 - نقابة مستوردي الادوية واصحاب المستودعات
 - مديرية العناية الطبية
 - التفتيش الصيدلي في مصالح الصحة العامة في المحافظات
 - مصلحة الصيدلة و الدوائر التابعة لها مع الملف
 - المستودع العام للادوية الكرنيتينا ب/دائرة التجهيز و التموين
 - الموقع الالكتروني لوزارة الصحة العامة
 - المحفوظات. ✓